

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
		GM-T107503C
器具除染用洗浄器，減圧沸騰式	作 成	平成23年 8月11日
	変 更	令和 5年 6月 2日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の器具除染用洗浄器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類	物品番号	注記
手動跳ね上げ式ドア	—	調達品目表A
自動上下スライド式両ドア	—	調達品目表B

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 器具除染用洗浄器，減圧沸騰式，手動跳ね上げ式ドア

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145

号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、仕様書の名称及び表1の種類とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とするほか、調達品目表による。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表2－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び据付け調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 A

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 6月 2日
仕様書番号	GM-T107503C		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}
器具除染用洗浄器	手動跳ね上げ式ドア	三浦工業(株) 減圧沸騰式洗浄器 RQ RQ-50S 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
		三浦工業(株)
本体	1	RQ-50S
漏水検知ユニット	1	WR-NA
RO水製造装置	1	リオスターRO-41P-100
器具用バスケット	6	器具用バスケット（中）
注^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 本体は、次による。
- 1) 減圧沸騰式の洗浄装置とし、鋼製小物、管状器具、チューブ類など、各種形状及び材質に対応し、同時洗浄が可能とする。
 - 2) ドアは、手動跳ね上げ式とする。
 - 3) 3相200V、10A以内のブレーカで使用可能とする。
 - 4) 被洗浄器具に合わせた洗浄工程が選択可能なものとし、操作は、タッチパネルによって容易に操作が可能とする。
 - 5) 洗浄有効容量は、50L以上とする。
 - 6) 外形寸法は、W1500mm×D900mm×H1100mm以下とする。
 - 7) 質量は、運転時において、450kg以下とする。
 - 8) 減圧沸騰式洗浄に適したアルカリ洗浄剤及び酵素系洗浄剤の使用が可能とする。
- b) 漏水検知ユニットは、検知感度の調整が可能とし、警報音及び警報ランプを備える。
- c) RO水製造装置は、次による。
- 1) RO水精製能力は、200L/h以上とする。
 - 2) RO水貯水量は、100L以上とする。
 - 3) 減圧沸騰式の給水に必要な圧力及び流速でRO水が供給可能とする。
 - 4) タッチパネルによって操作が可能とする。
- d) 専用の器具用バスケットを備え、外形寸法は、W540mm×D255mm×H50mm以下とする。

調達品目表 A (続き)

4 附属品

名称	数量 ^{a)}	規格など
		三浦工業(株)
アルカリ洗浄剤	1	RY-0101M
酵素系洗浄剤	1	RY-0501M (弱アルカリ性)
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。		

調達品目表 B

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 6月 2日
仕様書番号	GM-T107503C		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}
器具除染用洗浄器	自動上下スライド式 両ドア	三浦工業(株) 減圧沸騰式洗浄器 RN RN-80SW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
		三浦工業(株)
本体	1	RN-80SW
漏水検知ユニット	1	WR-NA
器具用バスケット	10	DINバスケット (520×250×50mm)
引き出しラック	1	洗浄剤ラック
ワゴン	1	ワゴン
ストレッチャー	2	ストレッチャー
注^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 本体は、次による。
- 1) 減圧沸騰式の洗浄装置とし、器具用バスケットを10枚以上収納し、各工程（予洗、洗浄、濯ぎ、潤滑防錆、水切及び乾燥）を自動で行う機能をもつ。
 - 2) 鋼製小物、管状器具、チューブ類など、被洗浄器具に合わせた洗浄工程が7種類以上選択可能とし、操作は、タッチパネルによって容易に行えるものとする。
 - 3) ドアは、自動上下スライド式のフットスイッチ対応とし、パススルー対応の両ドア式とする。
 - 4) 電源は、3相200Vとする。
 - 5) 洗浄液量は、80L以上とする。
 - 6) 外形寸法は、W1200mm×D900mm×H1900mm以下とする。
 - 7) 質量は、運転時において、900kg以下とする。
 - 8) 減圧沸騰式洗浄に適したアルカリ洗浄剤、中性洗浄剤及び潤滑防錆剤の使用が可能とする。
- b) 漏水検知ユニットは、検知感度の調整が可能とし、警報音及び警報ランプを備える。
- c) 専用の器具用バスケットを備え、外形寸法は、W520mm×D250mm×H50mm以下とする。
- d) 上下2段置きが可能な洗浄剤ラックを備える。
- e) ワゴンは、器具用バスケットを10枚収納可能とする。
- f) ストレッチャーは、ワゴンの運搬を可能とするストッパー付きキャスターを備える。

調達品目表B（続き）

4 附属品

名称	数量 ^{a)}	規格など
		三浦工業(株)
アルカリ洗浄剤	1	RY-0101M
中性洗浄剤	1	RY-0600M
潤滑防錆剤	1	RY-0700M
注 ^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。		