

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
生体情報管理システム， 3 2 人用	GM-T107932C	
	作 成	平成29年12月21日
	変 更	令和 5年 7月18日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のセントラルモニタについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表1による。

表1—品名及びカタログ製品名

品名	カタログ製品名
セントラルモニタ	日本光電工業(株) セントラルモニタ CNS-2101

3.3 構成

構成は、表2による。

表2—構成

番号	区分	名称	数量 ^{a)}	規格など
1	セントラルモニタ	セントラルモニタ本体	1	CNS-2101
2		液晶ディスプレイユニット	1	VL-238R
3		スタンド	2	DM-140P
4		無線式セントラルユニット本体	2	ORG-2100
5		レコーダユニット	1	WS-140P
6		VLケーブルセット（サブ）2.5M	1	YS-113P8
7		ネームプレート	2	DP-160P
8		無停電電源装置	1	(株)GSユアサ Acrostar THA2-1000-10
9		24人拡張ライセンス	1	QL-018P
10		32人拡張ライセンス	1	QL-019P
11		キーボード	1	キーボード
12		マウス	1	マウス
13	ベッドサイドモニタ	ベッドサイドモニタ本体	32	CU-151R
14		送信機	32	ZS-600P
15		ベッドサイドモニタ	32	BSM-1763
16		バッテリーパック	32	SB-170P
17		BSM-1700用フック	32	DZ-170P
18		レコーダモジュール	32	WS-151P
19		バッテリーパック	32	SB-950P
20		架台	32	KC-600P
21		ホルダ	32	DI-600P
22		ハンドル	32	DZ-150P
23		ECG中継コード（3/6電極）	32	JC-906P
24		電極リード線（3電極）	32	BR-903P

表2-構成 (続き)

番号	区分	名称	数量 ^{a)}	規格など
25	(続き) ベッド サイド モニタ	SpO ₂ 中継コード	32	JL-900P
26		CO ₂ センサキット	32	TG-980P
27		フィンガープローブ	32	TL-201T (P225F)
28		成人用中継エアホース	32	YN-901P (標準附属品)
29		成人用カフ (標準)	32	YP-713T (標準附属品)
30		リアオプションボード	32	QI-151P
31		SDカード	32	QM-150P
32		ホルダ	32	DI-170P
33	医用 テレメ ータ	医用テレメータ (8人用)	1	WEP-1450
34		バッテリーパック	1	SB-950P
35		架台	1	KC-140P
36		ホイップアンテナ	1	ZA-002P
37		アンテナ基台	1	ZA-004P
38		ネームプレート	1	DP-140P
39		レコーダユニット	1	WS-140P
40		収納ケース	1	DI-140P
41	パルス オキシ メータ	パルスオキシメータ	1	OLV-4202 (2ch)
42		バッテリーパック	1	SB-170P
43		架台	1	KC-170P
44		送信機	1	ZS-600P
45		アダプタ	1	DH-171P
46		ZSホルダ	1	DH-380P
47		HFASスイッチ	1	RY-420T
48		フィンガープローブ	1	TL-201T (P225F)
49	送信 機	送信機	1	ZS-630P
50		電極リード線 (3電極)	1	BR-903P
51		フィンガープローブ	1	TL-201T (P225F)
52			1	TL-201T (P225H)
53		シリコンカバー	1	YS-103P1

注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“生体情報管理システム、32人用”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表3－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。