

JGSDF News Release

<http://www.mod.go.jp/gsd/news/press/>
(お知らせ)



30.10.26
陸幕広報室

化学器材の通信関連試験の成績表の書き換えの疑いについて

これまでの調査で、化学器材の通信関連試験の成績表について、書き換えの疑いがあることを確認しましたので、調査の途中ですが、下記のとおりお知らせします。

- 1 書き換えの疑いがある部隊等
補給統制本部
- 2 書き換えの疑いのある成績表
これまでの調査により現時点までに判明しているところでは、陸上自衛隊の化学科部隊に装備されている生物剤警報器（平成23年度までに24式納入）及び広域放射線監視装置（平成24年度に19式納入）の一部の通信器材の電波を検査した際に検査結果を取りまとめた試験成績表
- 3 書き換えの疑いがある内容
本器材の電波の出力は微弱なものであるが、検査結果を許容値内に収まるよう書き換えた疑い
- 4 外部への影響
本器材は、訓練等に際し主として自衛隊施設内において使用されるもの。また、電波は微弱であり、人体や周辺への影響は想定されない。なお陸自では、本器材の運用を停止中
- 5 今後の対応等
 - 引き続き調査を行い、調査結果がまとまり次第公表を予定
 - 事実関係が判明次第、関係者に対し懲戒処分を実施
 - また、本件については警務隊に通報済み


(問い合わせ先)

陸上幕僚監部広報室 安達、西村 (担当)

(03-3268-3111 内線40082)

(参考 1)

生物剤警報器



使用目的	各師団等に装備され、生物剤の存在を迅速に検知すると同時に部隊へ警報し、速やかに防護を実施させて、部隊の被害を局限させるために使用する。		
主要諸元	器材構成		○ 検知部 × 10 ○ 警告部 × 1
	検知部	検知機能	生物剤の検知
	警告部	警告機能	可視・可聴の警告を発することが可能
納入企業	伊藤忠商事(株) 平成17年度～平成18年度納入分 伊藤忠アビエーション(株) 平成19年度～平成23年度納入分 【製造企業: 米国ロッキードマーチン社】		
調達数	24式(平成17年度～平成23年度納入)		
配備部隊	全国の師・旅団等の化学科部隊		

広域放射線監視装置



使用目的	放射性線の存在を迅速に検知すると同時に部隊へ警報し、速やかに防護を実施させて、部隊の被害を局限させるために使用する。		
主要諸元	器材構成		○ 検知部 × 10 ○ 警告部 × 1
	検知部	検知機能	放射線の検知
	警告部	警告機能	可視・可聴の警告を発することが可能
納入企業	伊藤忠アビエーション(株) 【製造企業: 米国ロッキードマーチン社】		
調達数	19式(平成24年度納入)		
配備部隊	全国の師・旅団等の化学科部隊		