

調達品目表

M05K-021AKADB-HT4-0018

調達要求番号	DP235158104005 ~ 4005	作成部課	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和 5年 8月 10日	作成年月日	令和 5年 8月 10日
仕様書番号	3補LPS-E00020-8		

1 調達品目・数量等

項目 番号	物 品 番 号		部 品 番 号				
			品 名				
	要求一連番号	JQUP	包装レベル	個装	契約不適合表示		
単位	数量	備 考					
1	6625-01-537-5301		E4413A				
			SENSOR, CURRENT				
	5810	4005	1	C-2		#	
	EA	5					

調達品目表

統制番号：M05K-021AKADB-HT4-0018

2 同等とする性能等

要求品目のカタログ製品名は以下のとおりとする。

調達要求番号	品名	カタログ製品名	数量
DP235158104005	SENSOR, CURRENT	「キーサイト・テクノロジー株式会社」 「E4413A」 又は同等以上のもの(他社製品を含む。) (性能等は別紙による。)	5EA

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示されたものであり、当該製品を指定するものではない。

以下余白

SENSOR,CURRENTの同等品の主要性能

項 目	諸 元
ダイナミック・レンジ	-70~+20dBm
周波数レンジ	50MHz ~26.5GHz
最大パワー	200mW(+23dBm)
コネクタ・タイプ	APC-3.5mm(オス)
仕様	キーサイト社製パワーメータで使用可能であること。