

調達品目表

統制番号：K05S-385AF4TB-NQ1-0004

調達要求番号	DP010654041295	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 5年 4月 13日		
仕様書番号	C&LPS-Q00012-8		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
自動手指消毒器	サラヤ (株) WS-3000	1EA
	WS-3000F	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) センサー感知により洗浄・消毒が行える構造であること。
- b) 消毒液はアルコール製剤であること。
- c) 諸元は下表による。

電源	単相100V 50Hz (60Hz兼用可とする。)
本体寸法 (mm)	間口(W) 600以下 奥行(D) 500以下 高さ(H) 900以下

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：本体1EAに1部

2.2 附属品

附属品は下表のとおり。

品名	数量	備考
石鹼液	1EA	容量は1L以上とする。
消毒液	1EA	