

調達品目表

統制番号：K05S-013EL4TB-NP5-0002

調達要求番号	DP245154111367	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和5年 4月 25日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
導電率測定器	MBA Instruments GmbH 社 MLA-900	4 EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能
  - a) 電圧を印加直後に導電率及び温度測定が読み取れるもの。
  - b) 温度計は、タンクなどの油温の測定に適した構造のもので、目盛りの誤差が±0.5℃以内のもの。
  - c) 導電率測定範囲は、0～600 pS/m以上のもの。
2. その他の指示
  - 2.1 提出書類
    - a) 類別原資料 : 不要
    - b) 取扱説明書 : 本体に1部
3. サプライチェーン・リスクへの対応  
適用なし。

————— 以下余白 —————