

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	6515-424-7562-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	全自動血圧計 ----- 衛生関係カタログ製品		C&LPS-M00002-14	
			大臣承認	平成 年 月 日
			作成	昭和43年 4月13日
			改正	令和 3年 5月12日
				令和 5年 2月22日
作成部隊等名	補給本部			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊で使用する衛生関係物品のうち、市販のカタログ製品（以下、“製品”という。）の調達について規定する。

1.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達品目表による。

1.3 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-Y00007の1.2によるほか、次による。

1.3.1 カタログ製品

製造会社等の商品目録又は営業案内に製品の名称、形式、番号、種類、等級等が記載されており、製品の品質、形状、性能その他必要事項が確定できる市販品。

1.4 引用文書等

a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書及び調達品目表に示す文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を除く。）は、この仕様書に定める内容が優先する。

C&LPS-M00001 衛生関係物品表示包装共通仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

品 名	衛生関係カタログ製品
-----	------------

b) 関連文書

関連文書が必要な場合は、調達品目表により示す。

2 製品に関する要求

製品に関する要求は、調達品目表によるほか、次による。

2.1 一般事項

製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 製品の表示

製品の表示は、調達品目表に示す場合を除き、C&LPS-Y00007の2.4による。

2.3 法令等

調達品目表に示す場合は、法令等に適合しなければならない。

3 監督・検査

契約担当官等が定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

出荷条件は、調達品目表に示す場合を除き、次による。

4.1 包装

商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、C&LPS-M00001による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類は、次による。

a) 類別原資料は、調達品目表に示す場合を除き、C&LPS-Y00007の4.1.1による。

b) 取扱説明書は、C&LPS-Y00007の4.1.2によるものとし、調達品目表に示す場合を除き、会社刊行技術資料を2部、製品に添付する。

5.2 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表に示す場合を除き、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

5.3 設置・調整

調達品目について、設置及び調整が必要な場合は、調達品目表により示す。

5.4 その他

その他必要な指示がある場合は、調達品目表により示す。

調達品目表

統制番号：L05S-384AM2CB-NLF-4002

調達要求番号	表1のとおり。	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 5年 6月 1日	作成年月日	令和 5年 6月 1日
仕様書番号	C&LPS-M00002-14		
物品番号	6515-424-7562-5		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
全自動血圧計	キヤノンメドテックサプライ（株）：UDEX-i 2 Type-II（プリンタ付き） （株）エー・アンド・デイ：TM-2657WP 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7EA （内訳は表1 のとおり）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

表1-要求数量内訳表

項目番号	調達要求番号	数量
1	CP 3101 5526 8703	1EA
2	CP 4201 5526 8704	1EA
3	CP 5301 5526 8705	1EA
4	CP 5503 5526 8706	1EA
5	CP 7103 5526 8707	1EA
6	CP 7201 5526 8708	1EA
7	CP 7802 5526 8709	1EA

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品とする。
- 2) 測定原理は、オシロメトリック法である。
- 3) 表示方法は、デジタル表示である。
- 4) 自動加圧方式である。
- 5) 電源環境は、AC単相100V、50/60Hzである。
- 6) 表示範囲は、次に示す要件を満たす。
 - 6.1) 血圧 10 mmHg～250 mmHg

調達品目表（ 続 き ）

6.2) 脈拍数 40 bpm～180 bpm

7) プリンタを内蔵している。

2.2 製品の表示

製品の表示は，1種銘板とする。

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は，不要とする。

5.2 附属品（標準附属品である場合を除く。）

本体1EAごとに次に示す製品を附属させる。

a) 専用架台 ×1EA

b) 専用椅子 ×1EA

c) プリンタ専用記録紙 ×1EA

以下余白