

調達品目表

統制番号: K05S-013EL5TB-NA8-0002

調達要求番号	DP370354051398	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和5年5月24日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
恒温器	ヤマト科学株式会社 DN611H	1EA
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 使用温度範囲: 31.5℃~35.7℃に予熱可能
- b) 運転時間: 50分以上
- c) 内寸: W600×D600×H400以上
- d) 外寸: W800×D910×H1130以下
- e) 重さ: 150kg以下
- f) 電源: 単相AC200V 21A (プラグ無し)

2. 製品の表示 : 仕様書3.1 a) による。

3. 機能・性能 : 仕様書3.3については適用する。

— 以下余白 —