

調達品目表

統制番号：K05S-013DEFTB-NE3-0013

調達要求番号	DP230158101001°	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 9 月 6 日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11 °		

品 名	カタログ製品名 a)	数 量
水分表示機 °	ハカルプラス株式会社 TPM-02	1 EA °
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- 測定信号は、リアルタイム方式であること。
- 本体重量は、10kg以下であること。
- 砂表面水率センサーの測定結果を表示できること。
- 砂表面水率センサー（DP230158101002）と組み合わせて使用が出来ること。

2 その他の指示

2.1 提出書類

- 類別原資料：不要
- 取扱説明書（日本語）：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応

- サプライチェーン・リスクへの対応については、適用しない。

以下余白

調達品目表
統制番号：K05S-013DEFTB-NE3-0013

調達要求番号	DP230158101002	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 9 月 6 日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品 名	カタログ製品名 a)	数 量
砂表面水率センサー	ハカルプラス株式会社 PS-370	1 EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 測定方式は、マイクロ波吸収量計測であること。
- b) 口径は、75mm以上であること。
- c) 砂及び砕砂の表面水率を測定できること。
- d) 水分表示機（DP230158101001）と組み合わせて使用が出来ること。

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書（日本語）：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応

- a) サプライチェーン・リスクへの対応については、適用しない。

— 以 下 余 白 —