

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類		役務仕様書	
	性質による分類		個別仕様書	
物品番号	6530-428-2979-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	患者隔離装置 定期点検		4補LPS-M540005-1	
			作成	令和 4年12月22日
			改正	令和 5年 1月24日
				令和 年 月 日
作成部隊等名	第4補給処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊が保有する患者隔離装置（型式 ATISOL&STISOL）の定期点検について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書によるほか、次による。

1.2.1

定期点検

技術資料等に指定された定期的実施する点検及び定期交換部品の交換作業

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 仕様書

4補LPS-00001 外注整備共通仕様書

4補LPS-00003 現地外注整備共通仕様書

品 名	患者隔離装置 定期点検
-----	-------------

b) 技術資料等

J.T.O.16-1-(ATI&STI)-1 操作及び整備指令 患者隔離装置（陸上及び航空搬送用）

Manual ATIsol Rev.7 EN OMP Engineering S.r.l. が保有する技術資料

Manual STIsol Rev.7 EN OMP Engineering S.r.l. が保有する技術資料

2 要求事項

2.1 一般

一般的事項は、**4補LPS-00001**の**2.1**によるほか、契約の相手方は製造業者による修理代理店証明を有していなければならない。

2.2 役務実施場所

役務実施場所は、小牧基地（航空機動衛生隊）とする。

2.3 役務作業の種類

役務の内容は、定期点検とする。

2.4 役務作業の工程

役務作業の工程は、次による。

- a) 受入点検
- b) 定期点検
- c) 整備作業等の記録

2.5 役務作業の範囲

役務作業の範囲は、**表1**のうち、調達要領指定書に示す。

2.6 受入点検

受入点検は、**4補LPS-00003**の**2.3.1**による。

2.7 定期点検

定期点検は、**技術資料等**に従い実施する。

なお、**Manual ATIsol Rev.7 EN**、**Manual STIsol Rev.7 EN**は、契約の相手方が準備しなければならない。

2.8 整備作業等の記録

整備作業等の記録は、**4補LPS-00001**の**2.7**による。

品名	患者隔離装置 定期点検
----	-------------

2.9 作業標準

作業標準は、4補LPS-00003の2.4による。ただし、作業標準によりがたい場合は、作業項目を判別できる書類（様式任意）にすることが可能である。

2.10 整備員

整備員は、4補LPS-00003の2.6.1及び2.6.2による。

3 整備用部品・材料

整備用部品・材料は、4補LPS-00003の3による。また、表2に示す官給品を除き、契約の相手方が準備しなければならない。

なお、官給品の数量については、調達要領指定書に示す。

4 監督・検査

監督・検査は、4補LPS-00003の4による。

5 不具合発生時の処置

不具合発生時の処置は、4補LPS-00003の5による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、4補LPS-00003の6 e)によるほか、次による。

点検結果報告書

契約の相手方は、2.7における結果を保証する書類として、**点検結果報告書**（様式任意）を、役務終了後速やかに1部作成し、監督官の確認を受け、分任支出負担行為担当官に提出する。また、写しを、1部は第4補給処長（資材計画部長気付）に提出し、1部は当該装備品に添付しなければならない。

6.2 官給品

官給品は、表2のうち、調達要領指定書に示す。

6.3 安全管理

安全管理は、4補LPS-00001の11による。

6.4 その他必要な事項

その他必要な事項は、4補LPS-00001の8.1 整備に係る官給品等、4補LPS-00003の7 官の便宜供与及び10 仕様書の疑義による。

品名	患者隔離装置 定期点検
----	-------------

表 1－役務作業の範囲

項目	役務作業の範囲
1	J.T.O.16-1-(ATI&STI)-1 第Ⅶ節 7-3.整備の種類 第 7-3 表陸上搬送型患者隔離装置の整備の種類に示す“2年”の内容及び第Ⅶ節 7-4.定期交換部品 第 7-5 表陸上搬送型患者隔離装置定期交換部品 交換基準 2年に示す番号“1”及び“2”の内容
2	J.T.O.16-1-(ATI&STI)-1 第Ⅶ節 7-3.整備の種類 第 7-4 表航空搬送型患者隔離装置の整備の種類に示す“2年”の内容及び第Ⅶ節 7-4.定期交換部品 第 7-6 表航空搬送型患者隔離装置定期交換部品 交換基準 2年に示す番号“1”の内容
3	J.T.O.16-1-(ATI&STI)-1 第Ⅶ節 7-4.定期交換部品 第 7-5 表陸上搬送型患者隔離装置定期交換部品 交換基準 3年に示す番号“3”及び“5、6”の内容
4	J.T.O.16-1-(ATI&STI)-1 第Ⅶ節 7-4.定期交換部品 第 7-6 表航空搬送型患者隔離装置定期交換部品 交換基準 3年に示す番号“4～8”の内容

表 2－官給品

項目	部品名	部品番号	備考
1	空気ろ過フィルタ（吸気側）	04.05.000013	陸上搬送型患者隔離装置
2	空気ろ過フィルタ（排気側）	04.05.000014	
3	高温検知遮断機（3A）	11.07.000432	
4	バッテリー(DC6V,7.2Ah)	11.03.000023	
5	モータ・ファン(DC6V)	04.03.000013	
6	空気ろ過フィルタキット	18.03.000044	航空搬送型患者隔離装置
7	バッテリーパック	11.13.000022	
8	モータ・ファン	04.03.000012	
9	高温検知遮断機(10A)	11.07.000264	
10	高温検知遮断機(6A)	11.07.000431	
11	高温検知遮断機(3A)	11.07.000432	