

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	6530-428-2979-5	仕様書番号
品名 又は 件名	患者隔離装置 機能点検（現地）	4補LPS-M540007
		作成 令和 8年 6月 17日
		改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日
		作成部隊等名 第 4 補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空機動衛生隊（小牧基地）が保有する患者隔離装置（型式ATIsol&STIsol）の機能点検（現地）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書によるほか、次による。

1.2.1

機能点検

表1に示す点検，確認及び校正作業

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 仕様書

4補LPS-Y000003 現地外注整備共通仕様書

b) 技術資料等

J. T. O. 16-1-(ATI&STI)-1 操作及び整備指令 患者隔離装置（陸上及び航空搬送用）

Manuale ATIsol Rev.7 EN OMP Engineering S.r.l. が保有する技術資料

Manuale STIsol Rev.7 EN OMP Engineering S.r.l. が保有する技術資料

品 名	患者隔離装置 機能点検（現地）
-----	-----------------

2 要求事項

2.1 一般

一般的事項は、**4補LPS-Y000003**の**2.1**によるほか、契約の相手方は、製造会社による代理店証明を有していなければならない。

2.2 役務の内容

役務の内容は、**表1**とする。

2.3 整備作業等の工程

整備作業等の工程は、次による。

- a) 受入点検
- b) 機能点検
- c) 整備作業等の記録

2.4 整備作業等の実施要領

整備作業等の実施要領は、次による。

- a) **受入点検** 受入点検は、**4補LPS-Y000003**の**2.4.1**による。
- b) **機能点検** 機能点検は、**J. T. O. 16-1-(ATI&STI)-1, Manuale ATIsol Rev.7 EN**及び**Manuale STIsol Rev.7 EN**に従い実施する。
- c) **整備作業等の記録** 整備作業等の記録は、**4補LPS-Y000003**の**2.4.5 b)**による。

2.5 記録の提示

記録の提示は、**4補LPS-Y000003**の**2.5**による。

2.6 記録の保管

記録の保管は、**4補LPS-Y000003**の**2.6**による。

2.7 作業標準

作業標準は、**4補LPS-Y000003**の**2.7**による。ただし、作業標準によりがたい場合は、作業項目を判別できる書類（様式任意）にすることが可能である。

2.8 作業の変更等

作業の変更等は、**4補LPS-Y000003**の**2.8**による。

2.9 整備員の資格

整備員の資格は、**4補LPS-Y000003**の**2.10.1**による。

2.10 役務の実施場所

役務の実施場所は、小牧基地（航空機動衛生隊）とする。

3 監督・検査

監督・検査は、**4補LPS-Y000003**の**4.2**による。

品名	患者隔離装置 機能点検（現地）
----	-----------------

4 その他の指示

4.1 機能点検結果報告書

契約の相手方は、2.4 b) 終了後、速やかに、機能点検結果報告書（様式任意）を1部作成し、監督官の確認を受け、分任支出負担行為担当官に提出する。また、写しを3部作成し、補給本部需品部長（需品第2課長気付）及び第4補給処長（資材計画部長気付）に各1部提出し、役務対象品に1部添付する。

なお、記載内容は、次による。

- a) 表1項目1及び2の実施結果
- b) 表1項目3及び4の実施結果及び機能保証延長期間
- c) 表1項目5の確認結果及び患者収容袋の機能保証延長期間
- d) 患者隔離装置の機能保証延長期間
- e) 不具合箇所がある場合、修理等の詳細

4.2 貸付文書

貸付文書は、4補LPS-Y000003の8によるほか、J. T. O. 16-1-(ATI&STI)-1とする。

4.3 契約の相手方準備品

契約の相手方準備品は、4補LPS-Y000003の9による。

4.4 官の便宜供与

官の便宜供与は、4補LPS-Y000003の13による。ただし、13.2 b)を除く。

4.5 安全管理

安全管理は、4補LPS-Y000003の16による。

4.6 仕様書の疑義

仕様書の疑義は、4補LPS-Y000003の17による。

表1－役務作業の内容

項目	作業項目
1	J. T. O. 16-1-(ATI&STI)-1 第Ⅶ節 7-3項 第7-3表 点検及び整備周期の“2年”の項目
2	J. T. O. 16-1-(ATI&STI)-1 第Ⅶ節 7-3項 第7-4表 点検及び整備周期の“2年”の項目
3	J. T. O. 16-1-(ATI&STI)-1 第Ⅶ節 7-4項 第7-5表の定期交換部品の機能の点検
4	J. T. O. 16-1-(ATI&STI)-1 第Ⅶ節 7-4項 第7-6表の定期交換部品の機能の点検
5	項目1～4を除く患者隔離装置の不具合有無の確認