

調達品目表

統制番号：K26S-024AMZ7B-HA8-0002

調達要求番号	DP2451202605270016	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月27日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
引火点試験装置	田中科学機器製作株式会社 ATG-8AFC	1EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 引火点が50℃～70℃の範囲の石油および関連製品を試験可能なこと。
- b) 電気着火式であること。
- c) 温度測定には白金測温抵抗体（PT100）を使用していること。
- d) 自動気圧補正が可能なこと。
- e) イオン化センサー又は熱電対による引火点検出が可能なこと。
- f) ペルチェ素子又は電気ヒーターによる加熱が可能なこと。
- g) ペルチェ素子による冷却が可能なこと。
- h) 火炎及び器材トラブルを検知し、アラームで周囲に知らせる機能があること。
- i) 最大寸法は幅590mm、奥行740mm及び高さ700mmであること。
- j) ASTM D56又はJIS K 2265-1に準拠していること。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1 : a) による。
- 3. 3 : 適用しない。
- 3. 5. 1 a) : 不要。
- 3. 5. 1 b) : 1) による。

3 その他の指示

JQUPは1とする。

————— 以下余白 —————