

調 達 品 目 表

調達要求番号	表１のとおり	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 ８年 ７月３１日	作成年月日	令和 ８年 ７月３１日
仕様書番号	C & L P S－M 0 0 0 0 2－1 5		
物品番号	6 5 1 5－4 2 8－3 0 1 4－5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
電気メス (病院用)	エム・シー・メディカル（株）：コンメドシステム２４５ ０ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	１ＥＡ

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

表１－要求数量内訳表

項目番号	調 達 要 求 番 号	数 量	納 地
1	CP 2301 20260706 8700	１ＥＡ	入間基地

1.4 引用文書等

b) 関連文書

ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について（通知）（装管調第８０７号 令和３年１月２１日）

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) バイポーラ凝固機能を有し、複数段階に出力調整が可能である。
- 3) スプレー凝固機能を有している。
- 4) 対極板接触状況の監視機能を有している。
- 5) 自己診断機能を有し、異常検知時に自動で出力制御が可能である。
- 6) 変化する対象組織に応じて、常に一定の出力を維持するダイナミックレスポンス機能を有する。
- 7) 本製品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならな

い。

2.2 製品の表示

製品の表示は，1 種銘板とする。

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は，不要とする。

5.2 附属品・予備品

標準附属品を除き，本体 1 E A ごとに次のとおりとする。

- a) ワンペダルフットスイッチ 1 E A
- b) ツーペダルフットスイッチ 1 E A
- c) 専用カート 1 E A

以下余白