

調 達 品 目 表

調達要求番号	表 1 のとおり	作成部 課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 8 年 7 月 3 1 日	作成年月日	令和 8 年 7 月 3 1 日
仕 様 書 番 号	C & L P S - M 0 0 0 0 2 - 1 5		
物 品 番 号	6 5 1 5 - 4 2 7 - 1 8 6 5 - 5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
低圧持続吸引器	S B カワスミ (株) : サーボドレイン・コンパクト MD - 8 0 7 0 0 B 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	5 S E (内訳は表 1 のとおり)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

表 1 - 要求数量内訳表

項目番号	調 達 要 求 番 号	数 量	納 地
1	CP 1101 20260715 8701	1 S E	三沢基地
2	CP 2103 20260715 8702	1 S E	百里基地
3	CP 3703 20260715 8703	1 S E	小牧基地
4	CP 3802 20260715 8704	1 S E	小松基地
5	CP 5101 20260715 8705	1 S E	美保基地

1. 4 引用文書等

b) 関連文書

I T 利用装備品等及び I T 利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について (通知) (装管調第 8 0 7 号 令和 3 年 1 月 2 1 日)

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品とする。
- 2) 胸腔、腹腔に貯留した液体、気体又は粒状物質の持続吸引が可能である。
- 3) 胸腔モードを有し、吸引圧を-3 cmH₂O~-24 cmH₂Oを含む範囲で設定できる連続吸引が可能である。
- 4) 連続モードを有し、吸引圧を-3 cmH₂O~-99 cmH₂Oを含む範囲で設定できる連続吸引が可能である。

調 達 品 目 表（続き）

- 5) 間欠モードを有し、吸引圧を-3 cmH₂O～-99 cmH₂Oを含む範囲で設定できる間欠吸引が可能である。
- 6) 液晶カラーディスプレイを有する。
- 7) 交換可能な内臓バッテリーを有し、連続4時間以上の運転が可能である。
- 8) リーク、過剰陰圧及び電圧低下の警報を有する。
- 9) 電源環境は、A C単相100 V、50/60 Hzで使用可能である。
- 10) 本製品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。

2.2 製品の表示

1 種銘板とする。

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

5.2 附属品・予備品

標準附属品を除き、本体1SEごとに表2のとおりとする。

表2—附属品

番号	品 名	数 量	備 考
1	専用排液バッグ	10EA	1 800 mL 以上
2	コネクティングチューブ（大）	20EA	長さ 130 cm 以上
3	コネクティングチューブ（小）	20EA	長さ 130 cm 以上
4	吸引回路	10EA	ディスプレイ
5	架台セット	1SE	

以下余白