

調達品目表

統制番号：K 2 6 S - 0 1 3 F T W 7 B - H E 3 - 0 0 0 3

調達要求番号	DP2451202607270003	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年8月5日		
仕様書番号	4 補 L P S - Y 0 0 0 0 1 - 1 1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
可燃性ガス検知器 人命救助システム用	新コスモス電機株式会社 X P - 3 3 1 0 II	3 E A
	理研計器株式会社 G P - 1 0 0 0	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- 可燃性ガス（メタン、イソブタン、プロパン及び水素）の検知及び濃度が測定できること。
- ガス検知時及び故障（エラー）時に、警報ブザー及び警報ランプ等により周知できること。
- 吸引式であること。
- 防爆構造であること。
- 携帯式であること。
- 電源は、乾電池又は充電電池を使用できること。

2 適用仕様書の明記事項

- 1 : a) とし、契約不適合の修補等請求期限を表示する。
- 3 : 適用しない。
5. 1 : a) 類別原資料を提出する。

3 その他の指示

附属品、各搬入地及び数量は別紙による。

統制番号：K 2 6 S - 0 1 3 F T W 7 B - H E 3 - 0 0 0 3

本体 1 E A あたりの附属品

項目 番号	品名	数量	規定
1	ハンドストラップ又は ショルダーベルト	1 E A	
2	アルカリ乾電池又は充電電池	所要数	充電電池の場合は充電器を附属すること。
3	ガス採集棒又は導入管	1 E A	本体に適合するものとする。
4	液晶保護フィルム	1 E A	

搬入地及び数量

項目 番号	要求番号	納地	搬入地	数量
1	DP2451202607270003	第 4 補給処 木更津支処	府中基地	1 E A
			目黒基地	1 E A
			築城基地	1 E A