

調 達 品 目 表

調達要求番号	表１のとおり。	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和８年１０月　６日	作成年月日	令和８年１０月　６日
仕様書番号	C & L P S－M 0 0 0 0 2－1 5		
物 品 番 号	6 6 4 0－4 2 4－5 0 5 2－5 M 1		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
全自動血球 計数装置	シスメックス(株)：XN-330 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1 E A (内訳は 表１のと おり)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

表 1－要求数量内訳表

項目番号	調 達 要 求 番 号	数 量	納 地
1	CP 7103 20260911 8701	1 E A	芦屋基地

1.4 引用文書等

b) 関連文書

ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について（通知）（装管調第８０７号 令和３年１月２１日）

2 製品に関する要求

同等とする性能等は，次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき，医療機器として承認，認証又は届出された製品である。
- 2) WBC，RBC，PLT，RDW-SD，RDW-CV，MCV，MCH，MCHC，PDW及びP-LCR及びMPVが測定可能である。
- 3) 白血球５分類（DIFF）をスキャッタグラムで表示することが可能である。
- 4) 精度管理が可能である。
- 5) 測定方法にSLS-ヘモグロビン法を採用しており，測定試薬に毒劇物を含有していないものである。
- 6) 電源環境は，AC単相 100 V，50/60 Hz で使用可能である。
- 7) 本製品は，情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止，暴走その他の障害

調 達 品 目 表（続き）

等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならぬ。

2.2 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 1 種銘板とする。
- b) 契約不適合の修補等請求期限の表示は、必要とする。

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

5.2 附属品・予備品

標準附属品である場合を除き、本体 1 S E ごとに次に示す製品を附属させる。

- a) プリンタ^{1) 2)} 1 E A

注¹⁾ 内蔵プリンタがあるものは除く。

注²⁾ 本体と接続可能であり、検査結果が印刷可能である。

5.3 設置・調整

5.3.1 全般

契約の相手方は、本装置を官側の指定する場所に搬入し、要求する機能及び性能を満足するように設置及び動作確認を実施し、使用可能な状態で引き渡す。

5.3.2 官側における支援

契約の相手方は、納入場所における搬入及び設置の実施にあたり、官側の支援を必要とする場合は、次の事項について、事前に官側と調整の上、官側の支援を無償で受けることが可能である。

- a) 現地部隊における搬入器材の保管
- b) 現地における電力及び水の使用
- c) その他、官側が必要と認める事項

以下余白