

調 達 品 目 表

調達要求番号	表１のとおり。	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和８年１０月　６日	作成年月日	令和８年１０月　６日
仕様書番号	C & L P S－M 0 0 0 0 2－1 5		
物品番号	6 5 3 0－4 0 7－8 4 4 0－5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
滅菌器（診療用高圧蒸気式）	タマノ（株）：全自動高圧蒸気滅菌器　パールクレープ T C－2 4 0 G S 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2 E A （内訳は表１のとおり）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

表 1－要求数量内訳表

項目番号	調 達 要 求 番 号	数 量	納 地
1	CP 0107 20260911 8710	1 E A	奥尻島分屯基地
2	CP 7103 20260911 8711	1 E A	芦屋基地

1.4 引用文書等

b) 関連文書

ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について（通知）（装管調第８０７号 令和３年１月２１日）

2 製品に関する要求

a) 性能要求

- 1) 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき，医療機器として承認，認証又は届出された製品である。
- 2) 電源環境は，AC 100 V，50/60 Hzである。
- 3) 本体の外形寸法は，（幅）430 mm 以下×（奥行）510 mm 以下×（高さ）370 mm 以下である。
- 4) チャンバー容量は，（直径）230 mm 以上×（奥行）340 mm 以上である。
- 5) 丸カスト（直径）180 mm 以上×（奥行）120 mm 以上が2個入る缶体寸法である。
- 6) 115℃～135℃の範囲で，滅菌が可能である。
- 7) 滅菌後，ふたを開けることなく器具の乾燥が可能である。
- 8) タイマー設定は，操作パネル上で滅菌時間及び滅菌温度の設定が可能であり，残り時間を表示可能である。
- 9) 圧力安全弁，空焚き防止装置及び漏電ブレーカーの安全機能を有する。

調 達 品 目 表 (続 き)

- 10) 本製品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならぬ。

2.2 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 1 種銘板とする。
- b) 契約不適合の修補等請求期限の表示は、必要とする。

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

5.2 附属品・予備品

標準附属品である場合を除き、本体 1 E A ごとに下記を附属させるものとする。

- a) 丸カスト 2 E A
寸法は、(直径) 1 8 0 mm 以上×(奥行) 1 2 0 mm 以上であること。
- b) 半月カゴ 2 E A

以下余白