調 達 品 目 表

調達要求番号	表１のとおり。	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和８年１０月２２日	作成年月日	令和８年１０月２２日
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ－Ｍ００００２－１５		
物品番号			

品　名	カタログ製品名	数 量
白血球除去製剤用ろ過台	（株）大同工業所　保存前白血球除去製剤製造用ろ過台（可動式）　DBS-20 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	２ＥＡ （内訳は**表１**のとおり）

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

表１－要求数量内訳表

項目番号	調　達　要　求　番　号	数　量	納　地
1	CP 2301 20261015 8701	２ＥＡ	入間基地

2　製品に関する要求

同等とする性能等は，次による。

a)　性能要求

1)　材料は，ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）とする。

2)　外形寸法は，W 700 mm 以下×D 650 mm 以下×H 2 000 mm 以下とする。

3)　重量は，50 kg 以下とする。

4)　本体の上部両側に，採血バッグをつりさげるためのフックを合計１０個有する。

5)　採血バッグを配置できる棚は次による。

5.1)　本体に，W 700 mm 以下×D 670 mm 以下の棚を有する。

5.2)　棚上端の高さは，地上から 750 mm を基準とする。

6)　フック下端の高さを棚上部を起点として，805 mm～1 055 mmの範囲で調整できる機能を有する。

7)　ストッパー付きのキャスターを有し，移動可能とする。

2.2　製品の表示

a)　１種銘板とする。

b)　契約不適合の修補等請求期限の表示を必要とする。

5　その他の指示

5.1　提出書類

類別原資料の提出は，不要とする。

以下余白