

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	表 1 のとおり。	作 成 部 課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 8 年 月 日	作成年月日	令和 8 年 月 日
仕 様 書 番 号	C & L P S - M 0 0 0 0 2 - 1 5		
物 品 番 号			

品 名	カタログ製品名	数 量
折り畳み式採血用 椅子（携行用）	高田ベッド：ブロードチェアー TB-1468 クリー ム 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2 E A (内訳は 表 1 のと おり)

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として
例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

表 1－要求数量内訳表

項目番号	調 達 要 求 番 号	数 量	納 地
1	CP 2301 20261015 8702	2EA	入間基地

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 折り畳みが可能な構造とし、折り畳んだ状態で収納袋に収納し、携行が可能とする。
- 2) 0 ° ～45 ° の範囲で背もたれを角度調整可能とする。
- 3) 左右に肘置きを備える。
- 4) 本体の質量は、20 kg 以下とする。
- 5) 製品強度は、等分布過重 100 kg に耐えられるものとする。
- 6) 本体の座面は、耐アルコール機能及び耐次亜塩素酸機能を有する。

2.2 製品の表示

- a) 1 種銘板とする。
- b) 契約不適合の修補等請求期限の表示を必要とする。

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、必要とする。ただし、付属品の専用収納袋を除く。

5.2 附属品・予備品

標準附属品を除き，本体 1 E A ごとに下記のとおりとする。

a) 専用収納袋 1 E A

以下余白