

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-2001-013E-L0-8004	作成部課	武器弾薬部武器弾薬管理課
調達要求年月日	令和 8 年 6 月 2 5 日	作成年月日	令和 8 年 6 月 2 5 日
仕様書番号	C & L P S - E 0 0 6 0 0 2 - 1		

1.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
オシロスコープ	製造業者 テクトロニクス株式会社 MSO22 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	2 E A

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等以上とする性能は以下のとおりとする。

- a) 周波数帯域：5 0 0 M H z
- b) 入力チャンネル数：2 チャンネル以上
- c) サンプルレート：1 . 2 5 G S / s 以上
- d) レコード長：1 0 M ポイント以上
- e) 垂直軸測定レンジ（1 M Ω ）：1 m V / d i v ~ 1 0 V / d i v
- f) タイムベース：2 n s / d i v ~ 5 0 0 s / d i v 以上

2.5 製品の表示

製品の表示はC & L P S - Y 0 0 0 0 7 の2.4によるほか、次による。

a) 銘板

1) 銘板の物品番号は、次による。

カタログ製品	物品番号
オシロスコープ MSO22	航空自衛隊補給本部に確認し、記載すること。
上記以外で航空自衛隊に納入実績のある製品	航空自衛隊補給本部に確認し、記載すること。
航空自衛隊に納入実績のない製品	空欄とする。

- 2) 銘板の種類は、1 種銘板とする。
- 3) 銘板には製造番号を記載し、取得番号は省略する。
- 4) 銘板の品名は、「O S C I L L O S C O P E」とする。

b) 修補等請求期限の表示：必要

c) 使用可能（合格）物品票の表示：必要

調達品目表（続き）

5.1 提出書類

a) 類別原資料：類別原資料の提出は、次による。

次のいずれかに該当する製品 1 航空自衛隊に納入実績がある（オプションを含む。）。 2 NATO物品番号が付与されている（オプションを含む。）。	不要
上記以外の製品	必要（1部）

b) 取扱説明書（会社刊行技術資料）の提出は、次による。

- 1) 航空自衛隊に納入実績のある製品については、操作に必要な取扱説明書（和文）及び整備に必要な取扱説明書（和文又は英文）を納入製品に1部添付する。
- 2) 航空自衛隊に納入実績のない製品については、操作に必要な取扱説明書（和文）及び整備に必要な取扱説明書（和文又は英文）を納入製品に1部添付するほか、別途4部提出する。

c) 試験成績書の提出は、次による。

納入製品（オプションを含む。）の測定値等が記載された試験成績書を1部添付する。

5.2 附属品

オシロスコープ1EAあたりの附属品は、次による（標準附属品に含まれる場合は除く。）。

- a) 電源ケーブル×1EA
- b) バッテリ・パック×1EA
- c) 500MHz，10：1プローブ×2EA
- d) 50Ω終端（定格電力2W）×2EA（入力端子50Ωを内蔵している場合は、不要）
- e) 機器スタンド×1EA（本体単体で安定な自立が可能な場合は不要）
- f) 保護ケース×1EA