

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	補給本部需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 4月26日
仕様書番号	C & L P S - P 0 0 0 0 7 - 1 1		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数 量
自動蒸留試験器	田中科学機器製作(株) a d - 7 , (株)メイテック ADM - 2 E  又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	EA

注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

指示事項：

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

- a) J I S K 2 2 5 4 に基づく蒸留試験を自動で測定可能な機器とする。
- b) D S P K 2 2 0 6 に示す規格値の測定が可能でなければならない。
- c) 測定結果を表示及び印字する機能を有する。
- d) 炎検知センサ及び緊急停止機能を有する。
- e) 加熱器の冷却機能を有する。

2.2 製品の表示

銘板は、C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 1 種銘板とし、機器外面の見やすい位置に取り付ける。

5.1 提出書類

- a) 類別原資料は、不要とする。
- b) 取扱説明書は、納入先部隊に 2 部提出する。