調達品目表

| 調達要求番号 | 3-05-1007-013F-LC-2013 | 作成部課 | 補給本部需品部需品管理課 | |
|---------|------------------------|----------------|--------------|--|
| 調達要求年月日 | 令和 5年 4月24日 | 作成年月日 | 令和 5年 4月24日 | |
| 仕様書番号 | C&LPS-Q00012 | - 8 | | |

| 品 名 | カタログ製品名 a) | 数量 |
|---------|---|---------|
| 計量器 5 t | (株)宝計機製作所 RWN-500F-05 (株)日本製衡所 ZAK-06WⅡ-05 | 1 2 S E |
| | 又は同等以上のもの(他社製品を含む。) | |

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

2 製品に関する要求

- a) 構成(1SEあたり)は、計量器本体×2EAとする。
- b) 1 E A あたりの荷重能力(ひょう量)は、5 t 以上であり、荷重に対して±1%以下の精度を有する。
- c) 目量は, 5 kg 以下である。
- d) 積載量(計量部)の寸法は、縦300 mm以上、幅300 mm以上とする。
- e) 計量器本体1EAの重量は、21 kg以下である。
- f) スロープ付きである。
- g) 保護性能は, I P 6 6 以上である。
- h) 計測値の表示は、デジタル方式である。
- i) 電源は、電池式又はバッテリー式であり、バッテリー式の場合については専用の充電器 具を備えている。
- i) 連続使用時間は, 7時間以上である。

5.1 提出書類

- a) 類別原資料は,不要とする。
- b) 取扱説明書(日本語版)は、納入装備品1SEごとに1部添付する。

5.2 附属品

- a) 充電器 (バッテリー式の場合)
- b) 専用ケース