

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-8		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
簡易支持力測定器	(株) マルイ MIS-244-0-63 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	6 SE

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

- a) 衝撃加速度法 (加速度計内蔵ランマー) による測定が可能とする。
- b) 地盤支持力度が 294.3 kN/m²以下の構造物工事における支持力度算定ができなければならない。
- c) 適用できる土質材料は、最大粒径が 38 mm 以下であり、10 mm 以上の礫含有率が 30 %未満とする。
- d) 表示内容は、I a 値 (CBR・K30・c・Φ・q_c・q_a) の表示が可能とする。
- e) 外部プリンターへは、無線接続とする。
- f) 外部出力部は、USBとする。
- g) 電源は、電池式とする。
- h) 簡易支持力測定器の構成は、次のとおり。
 - 1) 簡易支持力測定器本体
 - 2) 表示器

2.2 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-Y00007の2.4による。ただし、記載項目は次の a)～f)のみとする。

- a) 品名
- b) 物品番号
- c) 部品番号
- d) 製造年月
- e) 製造業者
- f) 契約業者

調 達 品 目 表 (続 き)

5 その他の指示

5.1 提出書類

- a) 類別原資料は、必要とする。
- b) 取扱説明書（日本語による会社発行技術資料）は、納入部隊へ1部~~ずつ~~及びPDFデータへ加工したものを航空自衛隊補給本部需品部長（需品第1課長気付）へ1部それぞれに提出する。

5.2 附属品・予備品

- a) 外部プリンター（ACアダプター含む。）
- b) 収納運搬ケース（ハードケース仕様）
- c) 充電器
- d) 肩掛けベルト