

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-30-1026-013F-G-2002	作成部課名	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	平成30年 5月21日	作成年月日	平成30年 5月21日
仕様書番号	C&LPS-Q00012-6		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
直流耐電圧試験器	製造業者 株式会社ムサシインテック 型 式 IP-701G	13EA
	製造業者 株式会社双興電機製作所 型 式 HVT-25K	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

**同等とする性能等**

**1 同等とする事項**

- a) 使用電源 内蔵電池，直流12 V及び交流100 Vの3電源で使用可能であること。
- b) 出力電圧 0～-25 kV（負極性）の直流電圧の出力が可能であること。
- c) 出力電流 定格時：0～200 μAの出力が可能であること。  
短絡時：0～1 mAの出力が可能であること。
- c) リップル電圧 出力電圧値の±2%以内であること。
- d) 電圧計 0～25 kVの表示が可能であり，1級若しくは出力電圧に対して1%+2dgtの精度を有すること。
- e) 電流計 0～2 mAの表示が可能であり，1.5級以上の精度を有すること。
- f) 外形寸法 (D)250 mm×(W)390 mm×(H)260 mmの範囲に収まるサイズであること。
- g) 重量 本体重量が13 kg以下であること。
- h) 附属品
  - 1) 試験用コード
  - 2) 残留電荷放電棒（放電抵抗棒）

**2 その他**

- 1) 類別原資料は，不要とする。
- 2) 取扱説明書は，納入装備品ごと1部添付するものとする。

調 達 品 目 表 ( 続 き )

3) 数量の内訳は、次のとおりとする。

納入場所	数量
作戦システム運用隊基地業務隊	1EA
第2航空団基地業務群施設隊	1EA
第3航空団基地業務群施設隊	1EA
第29警戒隊	1EA
中部航空警戒管制団基地業務群施設隊	1EA
第6航空団基地業務群施設隊	1EA
西部航空警戒管制団基地業務群施設隊	1EA
第5航空団基地業務群施設隊	1EA
第17警戒隊	1EA
第9警戒隊	1EA
第9航空団基地業務群施設隊	1EA
第53警戒隊	1EA
第55警戒隊	1EA