

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 5		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位	契約不適合 修補等請求 期限の表示
携帯型渦流探傷装置	オリンパス(株) NORTEC 600S 又は (株)エビデント NORTEC 600S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	E A	#

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求（同等とする性能等）

2.1 要求諸元

- a) 周波数範囲 10 Hz～12 MHz
- b) ゲイン 0 dB～100 dB
- c) 回転 0°～359.9°
- d) フィルター
 - 1) ローパス 10 Hz～2 000 Hz
 - 2) ハイパス 5 Hz～1 000 Hz
- e) アラーム機能を有すること。
- f) ロータリースキャナが使用可能であること。
- g) シングルインピーダンスプレーン表示，デュアルインピーダンスプレーン表示，スイープ表示及び分割表示（スイープ+インピーダンス）が可能であること。
- h) カラー液晶ディスプレイであること。
- i) メニュー言語に日本語が含まれていること。

2.2 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。

5.1 提出書類

- a) 類別原資料 必要（ただし，NORTEC 600Sは不要）
- b) 取扱説明書 必要
- c) 特定化学物質等の資料 必要
- d) 貴金属等管理資料 必要