調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９４８７－１６		

品名	カタログ製品名[a)]	数量・単位	契約不適合修補等請求期限の表示
電気炉	山田電機㈱ ＭＫＳＴ－４３６０ 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	２ＥＡ	＃

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　製品に関する要求

2.2　同等とする性能等

a)　炉内温度が 100 ℃～1 100 ℃の範囲で，温度設定が可能であるものとする。

b)　**電源電圧**　三相 200 V　50 Hz／60 Hz

c)　**電気容量**　10 kW 以下

d)　**炉内寸法（幅×奥行×高さ）**　400 mm×600 mm×300 mm 以上

e)　**外形寸法（幅×奥行×高さ）**　800 mm×1 000 mm×1 000 mm 以下

f)　**最大重量**　170　kg

g)　タイマーによる自動停止機能を有するものとする。

2.3　機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。

5.2　附属品（本体１ＥＡあたりの数量）

附属品は，次による。ただし，会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

専用架台（キャスター付き）　　１ＥＡ