

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部第2部第2調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 0		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数 量
オイルパーティクルカウンター	日本ポール(株) P F C 4 5 0 (株)インテクノス・ジャパン 又は L C M 2 0 . A M 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	E A

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

1 製品に関する要求

航空機作動油の流体清浄度を検査できること。

2 要求諸元

- (1) 清浄度表示           NAS1638又は同等の表示が可能なこと。
- (2) 校正規格            ISO11171
- (3) 最高使用圧力       42MPa
- (4) 流体粘度範囲       2~200m<sup>2</sup>/s(cSt)以内
- (5) 流体温度範囲       10~50℃

3 附属品

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は、除く。

標準附属品 1 S E

ボトルサンプラー   1 E A

(日本ポール(株)製 P F C 2 0 0 B S - D 7)

(株)インテクノス・ジャパン製 B S A . L)

4 提出書類

- (1) 類別原資料   必要
- (2) 取扱説明書   必要(別途提出分(初回)は、4部とし、器材添付は、2部とする。)
- (3) 特定化学物質等の資料   必要
- (4) 貴金属等管理資料   必要

5 その他

製品の表示   #