

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和7年8月26日
仕様書番号	C&LPS-B99487-16		

1.2 調達品目・数量等

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位	契約不適合修補等 請求期限の表示
TEST SET, BATTERY	多摩川エアロシステムズ SVP-3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		#

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

2.2 同等とする性能等

- a) 入力チャンネル数 23 以上
- b) 測定電圧 $\pm 4.095 \text{ V}$ / 入力抵抗 $\approx 39 \text{ K}\Omega$
- c) 測定分解能 1 mV
- d) 測定確度 \pm 読取り値の 0.2 % + 2 デジット
- e) 最大入力電圧 $\pm 100 \text{ V}_{\text{p-p}}$
- f) 放電下限電圧設定 0~4.095 V 以上 / 0.001 V 刻み
- g) 警報ブザー 放電電圧設定以下で作動すること
- h) 最大消費電力 40 VA 以下
- i) 使用温度 0 ~ 40°C 90% RH 結露しないこと
- j) 保存温度 -20 ~ 60 °C 95% RH
- k) 最大寸法 (幅×高さ×奥行) 250 × 100 × 300 mm
- l) 重量 5 Kg 以下

2.3 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用しない。