

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部第2部第2調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-B99487-11		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	CP番号	備 考
回転計試験器	横河電機(株) PB266-N4 又は 同等品以上のもの (他社の製品を含む。)	CP245167168001	数量 EA #

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

1 要求諸元

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| (1) 周波数範囲         | 0～84Hz                |
| (2) 周波数精度         | ±0.1% F. S (±0.084Hz) |
| (3) 出力電圧          | 最大時 21±0.5V rms       |
| (4) 出力回転数         | 0～84Hz                |
| (5) 回転数精度         | ±0.1% F. S (±0.084Hz) |
| (6) 入力電圧レンジ       | 0～50V rms             |
| (7) 発電機の内部抵抗測定レンジ | 1～50Ω                 |
| (8) 抵抗測定精度        | ±1% F. S (±0.5Ω)      |
| (9) 内部照明用電源       | 5VDC：1チャンネル           |
| (10) 電源           | AC100V/115V(50/60Hz)  |
| (11) 使用温度範囲       | 10～40℃                |

2 附属品 (本体1EAあたりの数量)

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は、性能上不要な場合は除く。

- |                |     |
|----------------|-----|
| (1) 発電機用接続ケーブル | 1EA |
| (2) 指示器用接続ケーブル | 1EA |

3 提出書類

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| (1) 類別原資料 | 当該製品について納入実績のある会社は省略することができる。 |
| (2) 取扱説明書 | 別途提出分 (初回) 4部とし、器材添付は、2部とする。  |