

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 6		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位	契約不適合 修補等請求 期限の表示
サーベイメータ	アロカ (株) I C S - 1 3 2 3 又は 富士電機(株) N H A 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1 0 E A	#

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

2.2 同等とする性能等

- | | |
|--------------|--------------|
| a) 測定放射線 | X線、γ線及びβ線 |
| b) 検出器 | 円筒形電離箱 |
| c) 表示 | デジタル表示 |
| d) 測定エネルギー範囲 | 30keV～1.5MeV |
| e) 電源 | アルカリ乾電池単3形 |

2.3 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。

5.2 附属品（本体1EAあたりの数量）

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

- | | |
|----------|-------|
| a) 収納ケース | 1 E A |
|----------|-------|