

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------|-----------------|-------|--|
| 調達要求番号 | | 作成部課 | |
| 調達要求年月日 | | 作成年月日 | |
| 仕様書番号 | C&LPS-B99487-11 | | |

| 品 名 | カタログ製品名 ^{a)} | CP番号 | 注 記 |
|--------|--|------|-----|
| 超音波探傷器 | GEセンシング& インスペクション・ テクノロジーズ(株) USN60 | | |

2 製品に関する要求

2.1 要求諸元

- a) 距離振幅特性曲線表示と距離振幅補正表示との切り替えができること。
- b) RF出力機能(USN58R/60-RF182)を有すること。

2.3 その他

提出書類等は、和文又は和訳とする。

5.2 附属品 (本体1SEあたりの数量)

附属品は、次による。

- a) リチウムイオンバッテリー (バッテリーケース付) 1EA
- b) ディスプレイ保護シート (10枚入) 1EA
- c) バッテリー充電器 (AC電源を兼ねる。) 1EA
- d) ソフトキャリングケース 1EA
- e) データ転送用ソフト (日本語Windows用) 1EA
- f) PCデータ転送ケーブル 1EA
- g) 探触子ケーブル(C-012(BNC~Microdot))1.8m 1EA
- h) 変換コネクタ(PKLB1) 1EA