

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-B99487-11		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	CP番号	数 量
複合材検査用探傷器	オリンパス株 BondMaster 600M 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。)	CP245197115707	1 EA #

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

1 要求諸元

- a) ゲイン 0~100 dB
- b) 回転範囲 0° ~359.9°
- c) ローパスフィルター 6 Hz ~500 Hz
- d) アラーム機能を有すること。
- e) 周波数範囲 (ピッチキャッチ) 1 kHz ~50 kHz (RF, インパルス)  
若しくは1 kHz ~100 kHz (スイープ)
- f) 周波数範囲 (MIA) 2 kHz ~50 kHz
- g) メカニカルインピーダンス解析 (MIA) に対応していること。
- h) 質量 2.3 kg 以下(バッテリー含む。)
- i) データ保存 リムーバブルメモリー又はUSBに対応していること。
- j) カラー液晶ディスプレイであること
- k) セットアップのメモリー機能を有すること。
- l) 本体は、一体型であること。

2 附属品 (本体1 EAあたりの数量)

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不必要な場合は除く。

- a) DCチャージャー/電源コード 1 EA
- b) バッテリー (予備バッテリー用) 1 EA
- c) ピッチキャッチプローブ (S-PC-P14) 1 EA
- d) マッシュルーム型アクティブプローブチップ  
(2319988) 1 SE
- e) ピッチキャッチ用接続ケーブル (SBM-CPM-P11) 1 EA

3 その他

同等とする性能等を証明する書類及び提出書類等は、和文又は和訳とする。