

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-07-1053-384A-LF-2009	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和7年 4月25日	作成年月日	令和7年 4月25日
仕様書番号	C&LPS-M00002-14		
物品番号	6515-427-9020-5		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
AED	旭化成ゾールメディカル(株): ZOLL AED Plus 日本光電工業(株): AED-3150 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	91SE

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 構成(基準)

- 1) 本体 × 1EA
- 2) 小学生～成人用電極パッド × 1EA
- 3) 専用キャリングケース × 1EA (通信機能を持たないもの)

b) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品とする。
- 2) 耐振動性はMIL-STD-810に準拠している。
- 3) 防塵/耐水性は、IEC60529 IP5X/X5以上である。
- 4) 日本語音声による操作案内が可能である。
- 5) パッドの貼付、胸骨圧迫及び患者から離れる動作を液晶又はイラスト表記により案内することが可能である。
- 6) 胸骨圧迫の深度を計測し、胸骨圧迫の深度を視認でき、かつ救命処置に適した深度へ日本語音声による案内が可能である。
- 7) 本体に心電図波形及びイベントデータを20分以上保存可能である。
- 8) 保存したデータをPCに取り込むことが可能である。
- 9) 電極パッド及びバッテリーは、それぞれ交換が可能である。

2.2 製品の表示

製品の表示は1種銘板とする。

調 達 品 目 表 (続き)

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は不要とする。

本体1SEごとに次に示す製品を附属させる。

- a) バッテリーパック × 1EA