

調達品目表

調達要求番号	3-05-1006-384A-LF-2009	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 5年 4月 11日	作成年月日	令和 5年 4月 11日
仕様書番号	C&LPS-M00002-14		
物品番号	6515-424-7542-5		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
人工呼吸器（処置用自動式）	日本船舶薬品（株）：パラパックプラス300NJ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	6EA

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) RTCA DO-160規格以上に適合している。
- 3) 駆動方式については、ガス駆動式又はバッテリー駆動にて使用可能である。
- 4) 自発呼吸にも対応可能であり、ダイヤモンド機能又はアシスト機能を有する。
- 5) 1回換気量又は分時換気量の設定が可能である。
- 6) 呼吸回数、吸入酸素濃度の設定が可能である。
- 7) ストレッチャーに掛けて使用が可能である。

2.2 製品の表示

製品の表示は、1種銘板とする。

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

5.2 附属品（標準附属品である場合を除く。）

本体1EA毎に次の製品を附属させる。

- | | |
|----------------------|------|
| a) 酸素吸引器 | ×1EA |
| b) 吸引器用ホース | ×1EA |
| c) サクションカテーテル | ×5EA |
| d) アルミ製ヨーク型酸素ポンベ（2L） | ×1EA |
| e) 専用ソフトケース | ×1EA |

調達品目表(続き)

f)	流量計付減圧弁	× 1 E A
g)	フェイスマスク成人用大型	× 1 E A
h)	フェイスマスク成人用小型	× 1 E A
i)	中濃度酸素マスク成人用	× 1 E A