

調達品目表

調達要求番号	3-05-1006-384A-LF-2010	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 5年 4月 11日	作成年月日	令和 5年 4月 11日
仕様書番号	C&LPS-M00002-14		
物品番号	6515-422-7302-5		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
自動視力計	(株)ニデック：自動視力計NV-350 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	6EA

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) 被検者のレバー操作にて、自動で視力測定を行うことが可能である。
- 3) 測定可能な瞳孔間距離が、55 mm～75 mm 以上である。
- 4) 測定結果を内蔵プリンターで印刷可能である。
- 5) 日本語音声での操作案内が可能である。
- 6) 検査視標は、上下左右の切れ目方向のランドルト環である。
- 7) AC単相 100 V, 50/60 Hz で使用可能である。

2.2 製品の表示

製品の表示は、1種銘板とする。

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

5.2 附属品（標準附属品である場合を除く。）

本体 1 EA 毎に次の製品を附属させる。

a) キャリングケース

5.3 設置・調整

契約の相手方は、本装置を官側の指定する場所に搬入し、要求する機能及び性能を満足するように組立、設置及び動作確認を実施し、使用可能な状態で引き渡す。