

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-05-1006-384A-LF-2023	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 5年 4月 27日	作成年月日	令和 5年 4月 27日
仕様書番号	C & L P S - M 0 0 0 0 2 - 1 4		
物品番号	6 5 3 0 - 4 0 7 - 8 4 4 0 - 5		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
滅菌器（診療用高圧蒸気式）	（株）タマノ：全自動高圧蒸気滅菌器 パールクレーブ T C - 2 4 0 G S 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	4 E A

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

### a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品とする。
- 2) 電源環境は、AC 100 V, 50/60 Hz で使用可能である。
- 3) 本体の外形寸法は、幅 430 mm 以下×奥行 510 mm 以下×高さ 366 mm 以下とする。
- 4) チャンバー容量は、直径 230 mm 以上×奥行 340 mm 以上とする。
- 5) 丸カストは、直径 180 mm 以上×奥行 120 mm 以上が 2 個入る寸法とする。
- 6) 115 °C ~ 135 °C の範囲で滅菌が可能である。
- 7) 滅菌後、ふたを開けることなく器具の乾燥が可能である。
- 8) タイマー設定は、操作パネル上で滅菌時間及び滅菌温度の設定が可能であり、残り時間を表示可能である。
- 9) 圧力安全弁、空焚き防止装置及び漏電ブレーカーの安全機能を有する。

### 2.2 製品の表示

製品の表示は、1 種銘板とする。

## 5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

### 5.2 附属品（標準附属品である場合を除く。）

本体 1 E A 毎に次に示す製品を附属させる。

- a) 丸カスト<sup>1)</sup> × 2 E A

調達品目表(続き)

b) 器具用網カゴ<sup>2)</sup> × 2 EA

注<sup>1)</sup> 寸法は、直径 180 mm 以上×奥行 120 mm 以上とする。

注<sup>2)</sup> 寸法は、幅 320 mm 以上×奥行 195 mm×高さ 100 mm 以上とする。