

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-07-1053-384A-LF-2004	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和7年4月25日	作成年月日	令和7年4月25日
仕様書番号	C&LPS-M00002-14		
物品番号	6515-428-5810-5		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
輸液・血液 加温装置	メディコノヴァス(株) : Belmont バディライト AC フルイドウォーマー 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5EA

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) 乾熱式である。
- 3) 加温性能は、36℃以上である。
- 4) AC100V及び50/60Hzの電源環境で使用可能であるとともに、バッテリー駆動も可能である。
- 5) 重量(AC電源部分を除く。)が、1kg以下である。
- 6) 安全機能として、高温時及び低温時における警告機能を有する。
- 7) 輸液通過時に空気を除去する機能を有する。

2.2 製品の表示

製品の表示は1種銘板とする。

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

5.2 附属品(標準附属品である場合を除く。)

附属品は、本体1EAごとに次に示す製品を附属させる。

- a) AC/DC サプライ × 1EA
- b) バッテリーパック × 1EA
- c) バッテリー充電器 × 1EA

調達品目表 (続き)

d)	逆止弁	× 1 E A
e)	流速制御弁	× 1 E A
f)	圧力調整弁	× 1 E A
g)	ライン用クランプ	× 1 E A
h)	ベッドシートクランプ	× 1 E A