

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-05-1 -384A-LF-2033	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 5年 6月19日	作成年月日	令和 5年 6月19日
仕様書番号	C&LPS-M00002-14		
物品番号			

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
輸液・血液 加温装置	メディコノヴァス (株) : Belmont バディライト AC フルイドウォーマー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	22EA

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) 乾熱式である。
- 3) 加温性能は、36℃以上である
- 4) AC100V及び50/60Hzの電源環境で使用可能であるとともに、バッテリー駆動も可能である。
- 5) 重量 (AC電源部分を除く。) が、1kg以下である。
- 6) 安全機能として、高温時及び低温時における警告機能を有する。

2.2 製品の表示

製品の表示は、1種銘板とする。

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、必要とする。

5.2 附属品 (標準附属品である場合を除く。)

本体1EA毎に次に示す製品を附属させる。

- a) AC/DC サプライ ×1EA
- b) バッテリーパック ×1EA
- c) バッテリー充電器 ×1EA

注記 AC単相100V, 50/60Hzの電源環境で使用可能である。