

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-1108-384A-LF-2004	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和8年 5月26日	作成年月日	令和8年 5月26日
仕様書番号	C&LPS-M00002-15		
物品番号	6515-427-3248-5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
半自動除細動装置（搬送用）	旭化成ゾールメディカル（株）：X Series 除細動器 日本光電工業（株）：デフィブリレータ EMS-1052 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5EA

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について（通知）（装管調第807号 令和3年1月21日）

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) 除細動機能は、次のとおりとする。
 - 2.1) 二相性方式とする。
 - 2.2) 半自動体外式除細動機能を有する。
- 3) 12誘導心電図、SpO₂、NIBP及びEtCO₂測定、CPR機能、ペーシング機能並びに音声録音機能を有する。
- 4) CPR機能については、胸骨圧迫の計測が行え、計測結果から手技の改善ポイントを音声でフィードバックすることが可能である。
- 5) 12誘導心電図の解析機能を有し、結果を画面表示及び印刷できる。
- 6) 耐振動性については、MIL-STD810規格以上に適合している。
- 7) 耐塵及び耐水性については、IP5X/X5以上に適合している。
- 8) モニターは、カラー液晶画面である。
- 9) 電源は、バッテリーにより作動でき、1本のバッテリーで連続4時間以上のモニタリ

調 達 品 目 表 （続き）

ングが可能である。

- 10) 内部メモリは、最大12時間の連続ECGを保存可能である。
- 11) 心電図波形を出力できるプリンタを内蔵している。
- 12) 保存したデータをPCに取り込むことが可能である。
- 13) パッド及びコード等の附属品を収納可能なサイドバッグを有し、本体と一体型として持ち運ぶことが可能である。
- 14) 本製品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざるぜい弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。

2.2 製品の表示

製品の表示は1種銘板とする。

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は不要とする。

5.2 附属品（標準附属品の場合を除く。）

本体1EAごとに次に示す品目を附属させるものとする。

- | | |
|------------------------------|-----|
| a) 除細動パッド（成人用） | 2EA |
| b) 心電図測定用ケーブル及びディスプレイ電極（成人用） | 1SE |
| c) バッテリ | 1EA |
| d) バッテリ充電器（本体で充電可能な場合は除く。） | 1EA |
| e) 電源ケーブル(ACアダプタを含む。) | 1SE |
| f) サイドバッグ（本体に取付可能である。) | 1SE |
| g) 非観血血圧測定用カフ（成人用） | 1EA |
| h) SpO ₂ 測定用センサ | 1EA |
| i) EtCO ₂ 測定用センサ | 1EA |
| j) 記録紙 | 1EA |
| k) 10電極心電図誘導コード | 1EA |