

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-1108-384A-LF-2006	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 8 年 5 月 2 6 日	作成年月日	令和 8 年 5 月 2 6 日
仕様書番号	C & L P S - M 0 0 0 0 2 - 1 5		
物品番号	6 5 1 5 - 4 2 8 - 5 8 1 0 - 5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
輸液ポンプ	(株) トップ : T O P - 2 5 0 0 C L 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1 5 E A

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

I T 利用装備品等及び I T 利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について (通知) (装管調第 8 0 7 号 令和 3 年 1 月 2 1 日)

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) 使用する輸液セットまたは輸血セットに応じて、容積制御または滴下制御のいずれかの制御方法を選択可能である。
- 3) 流量精度は±10 %以内である。
- 4) ドアオープン時に、フリーフローの防止機能を有する。
- 5) 容積制御方法での輸液時、使用状況や環境に応じて滴落検知器の使用有無を任意に都度選択できる。
- 6) 気泡混入、流量異常、フリーフロー、下流閉塞、バッテリー切れ、ドアオープン、輸液完了及びバッテリー異常の警報を有する。
- 7) 内蔵型バッテリーを有する。
- 8) 電源環境は、AC100 V, 50/60 Hz で使用可能である。
- 9) 本製品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク (未発見の意図せざるぜい弱性を除く。) が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。

2.2 製品の表示

製品の表示は1種銘板とする。

5.1 提出書類

類別原資料の提出は不要とする。

5.2 附属品（標準附属品である場合を除く。）

附属品は、本体1EAごとに次に示す製品を附属させる。

a) 輸液セット（PVCフリー） 1BX¹⁾

b) ドロップセンサ 1EA

注¹⁾ 1BX内の数量は、任意の最低包装数とする。