

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-1108-384A-LF-2007	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 8 年 5 月 2 6 日	作成年月日	令和 8 年 5 月 2 6 日
仕様書番号	C & L P S - M 0 0 0 0 2 - 1 5		
物品番号	6 5 1 5 - 4 2 7 - 1 0 7 3 - 5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
シリンジポンプ	(株) トップ：トップシリンジTOP-S500 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1 5 E A

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

I T 利用装備品等及び I T 利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について（通知）（装管調第 8 0 7 号 令和 3 年 1 月 2 1 日）

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) シリンジサイズについては 10, 20, 30, 50 mL を有する。
- 3) 流量精度について、次に示す要件を満たしている。
 - 3.1) 機械精度は、±1 %以内である。
 - 3.2) シリンジを含む精度は、±3 %以内である。
- 4) 閉塞検出圧は、3 段階以上の設定が可能である。
- 5) 安全機能について、次の要件を満たす。
 - 5.1) 閉塞警報
 - 5.2) 残量警報
 - 5.3) シリンジ外れ警報
 - 5.4) 電池電圧低下警報
 - 5.5) 開始（操作）忘れ警報
- 6) シリンジメーカーを変更できる。
- 7) 内蔵バッテリーにより、6 0 分以上の使用が可能である。
- 8) 電源環境は、AC 100 V, 50/60 Hz で使用可能である。
- 9) 本製品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害

等のリスク（未発見の意図せざるぜい弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならぬ。

2.2 製品の表示

製品の表示は、1種銘板とする。

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

5.2 附属品（標準附属品である場合を除く。）

本体1EAごとに次に示す製品を附属させる。

a) ポールクランプ 1SE