

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-1108-3 84A-LF-2010	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和8年4月24日	作成年月日	令和8年4月24日
仕様書番号	C&LPS-M00002-15		
物品番号	6515-427-0701-5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
人工呼吸器 (救難機用)	スミスメディカル:パラパックプラス310NJ P310NJ-07 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	6EA

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として
例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装管調第807号 令和3年1月21日)

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) RTCA DO-160規格以上に準拠している。
- 3) 駆動方式は、ガス駆動式又はバッテリー駆動のいずれかで使用可能である。
- 4) 自発呼吸に対応可能な、ディマンド機能又はアシスト機能を有する。
- 5) 1回換気量又は分時換気量を設定可能である。
- 6) 呼吸回数、吸入酸素濃度を設定可能である。
- 7) ストレッチャーに掛けて使用可能である。
- 8) PEEP(呼気終末陽圧)機能を有する。
- 9) CPAP(持続的気道陽圧)機能を有する。
- 10) 本製品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざるぜい弱性を除く。)が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。

調達品目表（続き）

2.2 製品の表示

製品の表示は、1 種銘板とする。

5 その他の指示

5.1 提出書類

類別原資料の提出は不要とする。

5.2) 附属品（標準附属品である場合を除く。）

本体 1 E A ごとに次に示す製品を附属させる。

- | | |
|-----------------------|-------|
| a) 酸素吸引器 | 1 E A |
| b) 吸引器用ホース | 1 E A |
| c) サクションカテーテル | 5 E A |
| d) アルミ製ヨーク型酸素ポンベ（2 L） | 1 E A |
| e) 専用ソフトケース | 1 E A |
| f) 流量計付減圧弁 | 1 E A |
| g) フェイスマスク成人用大型 | 1 E A |
| h) フェイスマスク成人用小型 | 1 E A |
| i) 中濃度酸素マスク成人用 | 1 E A |