

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-1108-384A-LF-2012	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 8 年 4 月 2 4 日	作成年月日	令和 8 年 4 月 2 4 日
仕様書番号	C & L P S - M 0 0 0 0 2 - 1 5		
物品番号	6 5 1 5 - 4 2 8 - 0 6 1 5 - 5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
人工呼吸器 (搬送用)	日本光電工業(株) : H A M I L T O N - T 1 エア・リキードメディカル システムズ社 : M O N N A L T 6 0 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1 2 E A

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

IT 利用装備品等及び IT 利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について (通知) (装管調第 8 0 7 号 令和 3 年 1 月 2 1 日)

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) 寸法は、幅 470 mm×奥行 250 mm×高さ 450 mm 以下である。
- 3) 侵襲的陽圧換気及び非侵襲的陽圧換気が可能である。
- 4) R T C A D O - 1 6 0 規格に準拠した電磁適合性及び自動気圧補正機能を有している。
- 5) 本体を 2 方向で固定することが可能であり、医療従事者が立位、座位でも画面を確認することが可能である。
- 6) 視認で確認可能なアラームランプを有している。
- 7) 駆動方式については、タービン又はブロワー方式であり、バッテリーにて使用可能である。
- 8) 自発呼吸にも対応可能な機能を有する。
- 9) 1 回換気量を 30 mL 以下に設定が可能である。
- 10) 強制換気の場合、最低換気回数を 6 回／分以下に、最高換気回数を 3 5 回／分以上に設定可能である。

- 11) 吸入酸素濃度が、21 %～100 %の間で設定可能である。
- 12) 呼気終末陽圧を 5 cmH₂O～15 cmH₂O に設定が可能である。
- 13) ストレッチャー等に掛けて使用が可能である。
- 14) バッテリー駆動時間が 2.5 時間以上ある。
- 15) 長時間の搬送に耐えうるよう、追加バッテリーの使用で 5 時間以上使用可能である。
- 16) 稼働中にバッテリー交換が可能である。
- 17) 酸素供給が高圧酸素（280 kpa～600 kpa）及び低圧酸素入力に対応している。
- 18) 本体重量が 6.5 kg 以下である（バッテリー及び附属品の重量を除く。）。
- 19) 次の項目のモニタリング機能を有する。
 - 19.1) 平均気道内圧
 - 19.2) 1 回換気量
- 20) 次の項目のアラーム機能を有する。
 - 20.1) 回路外れ
 - 20.2) 気道内圧
 - 20.3) 電源喪失
 - 20.4) 高圧ガス供給の喪失
- 21) 電源環境は、A C 単相 100 V, 50/60 Hz で使用可能である。
- 22) 換気方式について、次に示す方式を有する
 - 22.1) 調節換気方式
 - 22.2) 同期式間欠的強制換気方式
 - 22.3) 自発呼吸方式
- 23) 本製品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。

2.2 製品の表示

製品の表示は 1 種銘板とする。

5.1 提出書類

類別原資料の提出は不要とする。

5.2) 附属品（標準附属品である場合を除く。）

本体 1 E A ごとに次に示す製品を附属させる。

- | | |
|------------|-------|
| a) 酸素セル | 1 E A |
| b) フローセンサ | 1 E A |
| c) 呼気弁ユニット | 1 E A |
| d) バッテリー | 1 E A |

e)	予備バッテリー	1 E A
f)	テスト肺	2 E A
g)	ダストフィルタセット	1 E A
h)	ディスポーザブル回路セット	1 S E (所要数)
i)	耐圧ホース	1 E A
j)	人工鼻	2 0 E A
k)	取付架台	1 E A
l)	C O 2 キット	1 E A
m)	エアーウェイアダプタ	2 0 E A