

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-1108-384A-LF-2015	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 8年 5月26日	作成年月日	令和 8年 5月26日
仕様書番号	C&LPS-M00002-15		
物品番号	6515-427-0448-5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
脳波計	日本光電工業（株）：脳波計 EEG-1260 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1SE

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について（通知）（装管調第807号 令和3年1月21日）

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 構成（基準）

- | | |
|-----------------|-----|
| 1) 本体 | 1EA |
| 2) コントロールユニット | 1EA |
| 3) 脳波アンプユニット | 1EA |
| 4) 液晶ディスプレイユニット | 1EA |

b) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) 本体は、次による。
 - 2.1) 脳波チャンネル数は64 ch以上である。
 - 2.2) 常温（25℃）で90分以上測定可能なバッテリー性能を有している。
 - 2.3) 電極リード線の断線チェック機能を有している。
 - 2.4) 10-20法による計測が可能である。
- 3) コントロールユニットは、次による。
 - 3.1) DVDユニットを内蔵している。
 - 3.2) アーチファクト除去機能を有している。
 - 3.3) SQI機能を有している。
- 4) 脳波アンプユニットは、次による。

調 達 品 目 表 (続き)

- 4.1) A/D分解能は 24 bit 以上である。
- 4.2) サンプリング周波数は, 200 Hz/500 Hz/1 000 Hz/2 000 Hz/4 000 Hz より選択可能である。
- 4.3) 内部雑音は, 1.5 μ Vp-p 以下である。
- 4.4) CMRRは, 100 dB 以上である。
- 4.5) 入力インピーダンスは 200 M Ω 以上である。
- 5) 液晶ディスプレイユニットは, 次による。
- 5.1) 21.3 インチ以上である。
- 6) 本製品は, 情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止, 暴走その他の障害等のリスク (未発見の意図せざる脆弱性を除く。) が潜在すると契約の相手方が知り, 又は知り得べきソースコード, プログラム, 電子部品, 機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならぬ。

2.2 製品の表示

製品の表示は, 1 種銘板とする。

5.1 提出書類

類別原資料の提出は, 不要とする。

5.2 附属品 (標準附属品である場合を除く。)

次に示す製品を附属させる。

- | | |
|-----------------|-------|
| a) 操作パネル | 1 E A |
| b) アダプタ | 1 E A |
| c) アイソレーションユニット | 1 E A |
| d) ファストクリップ | 1 E A |
| e) 脳波用心電図リード | 1 E A |
| f) 架台 | 1 E A |
| g) マルチタップ | 1 E A |
| h) 光刺激装置 | 1 E A |
| i) スピーカユニット | 1 E A |
| j) LAN変換アダプタ | 1 E A |
| k) ニューロチェッカー | 1 E A |
| l) 接続ケーブル | 1 E A |

5.3 設置・調整

契約の相手方は, 事前に納入先部隊と調整し, 本装置を官側の指定する場所に搬入し, 要求する機能及び性能を満足するように組立, 設置及び動作確認を実施し, 使用可能な状態で引き渡す。