

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-1108-384A-LF-2016	作成部 課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和 8 年 5 月 2 6 日	作成年月日	令和 8 年 5 月 2 6 日
仕様書番号	C & L P S - M 0 0 0 0 2 - 1 5		
物品番号	6 5 1 5 - 4 2 7 - 2 6 7 3 - 5		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
多機能心電計 (解析機能付)	フクダ電子 (株) : F C P - 8 4 0 0 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	7 E A

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

IT 利用装備品等及び IT 利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について (通知) (装管調第 8 0 7 号 令和 3 年 1 月 2 1 日)

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) 被検者切替え機能を有する。
- 3) 6.5 インチ以上のカラータッチパネル液晶を搭載し、表示解像度は 640 ドット × 480 ドット以上とする。
- 4) サーマルヘッド方式のプリンタを内蔵し、記録紙幅は 210 mm 以上の折畳み紙又はロール紙に印字可能である。
- 5) 1 2 誘導心電図解析プログラムを有する。
- 6) 負荷心電図検査、解析機能を有する。
- 7) オートキャプチャ機能・R 波検出誘導自動切換機能を有する。
- 8) 時系列比較レポートの出力が可能である。
- 9) 内蔵バッテリーを有する。
- 10) 本体又は外部可搬記憶媒体により、心電図データが保存可能である。
- 11) ハム、筋電及びドリフトフィルタを有する。
- 12) 電源環境は、AC100 V, 50/60 Hz とする。
- 13) 本製品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害

調 達 品 目 表 （続き）

等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならぬ。

2.2 製品の表示

製品の表示は、1 種銘板とする。

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

5.2 附属品（標準附属品である場合を除く。）

本体 1 E A ごとに次に示す製品を附属させる。

a) 専用架台	1 E A
b) コードハンガー	2 E A
c) 誘導コード	2 E A
d) 胸部電極	2 E A
e) クリップ式四肢電極	2 E A
f) 心電図用クリーム	1 E A
g) 専用ケース	1 E A
h) バッテリ	1 E A
i) 電源コード	1 E A
j) 患者用切替器（本体に内蔵する場合は、除く。）	1 E A
k) プリンタ専用記録紙	1 E A