

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-1109-013F-LF-2022	作成部 課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和8年 6月25日	作成年月日	令和8年 6月25日
仕様書番号	C & L P S - M 0 0 0 0 2 - 1 5		
物 品 番 号			

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
窒素吹付濃縮装置	バイオタージ・ジャパン (株) : TurboVap LV-PTFECoaed Manifold 416200 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1 E A

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について (通知) (装管調第807号 令和3年1月21日)

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 性能要求

- 1) タッチスクリーンで濃縮条件の設定と保存が可能である。
- 2) 各種溶媒 (メタノール, アセトニトリル, 酢酸エチル, ヘキサン等) に対し, 耐溶媒性を有する。
- 3) 添加物である有機酸 (トリフルオロ酢酸, トリクロロ酢酸, ギ酸, 酢酸, プロピオン酸等), 有機塩基 (トリエチルアミン等), 無機酸 (塩酸, 硝酸, リン酸等), 無機塩基 (アンモニア水等) に対し, 耐薬品性を有する。
- 4) 外径10 mm~16 mm及び高さ45 mm以下の外形寸法範囲に適合するミニバイアル, 外径10 mm~20 mm及び高さ75 mm~165 mmの外形寸法範囲に適合する試験管を複数同時に使用できる。
- 5) ガス供給口は, 外径が6 mm耐圧チューブである。
- 6) 運転時の環境温度は, 18 °C~32 °Cの範囲内で運転可能である。
- 7) 本製品は, 情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止, 暴走その他の障害等のリスク (未発見の意図せざる脆弱性を除く。) が潜在すると契約の相手方が知り, 又は知り得べきソースコードプログラム, 電子部品, 機器等の埋込み又は組込みその他, 官側の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。

2.2 製品の表示

製品の表示は、1 種銘板とする。

5.1 提出書類

類別原資料の提出は、不要とする。

5.2 附属品（標準附属品である場合を除く。）

附属品は、本体 1 E A 毎に次に示す製品を附属させる。

- a) ミニバイアル用ラック 1 E A
- b) 10 mm～20 mm 試験管用ラック 1 E A

5.3 設置・調整

契約の相手方は、事前に納入先部隊と調整し、本装置を官側の指定する場所に搬入し、要求する機能及び性能を満足するように組立、設置及び動作確認を実施し、使用できる状態で引き渡すものとする。

なお、基地への立ち入り等については、納入先部隊の規則等に従うものとする。

5.4 その他

契約の相手方は、納入時に当該器材の操作指導を表 1 のとおり実施する。

表 1－納入時の操作指導

内容	場所	被教育者数	時間
操作指導	航空医学安全研究隊	部隊との調整による。	2 時間を基準とする。