

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-08-1108-384A-LF-2020	作成部課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和8年6月19日	作成年月日	令和8年6月19日
仕様書番号	C&LPS-M00002-15		
物品番号	7010-428-0129-5M1		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}			数量
ホルター 心電図解 析装置	フクダ電子（株）			1 S E
		型式	数量・単位	
	本体	SCM-900	1 E A	
	液晶ディスプレイ	LC-9024	1 E A	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）			

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について（通知）（装管調第807号 令和3年1月21日）

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 構成（基準）

- 1) 本体 1 E A
- 2) 液晶ディスプレイ 1 E A

b) 性能要求

- 1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、医療機器として承認、認証又は届出された製品である。
- 2) 本体は、次による。
 - 2.1) 患者に装着した心電図記録器から、2 c h 24時間分の心電図データを15秒以内に自動解析可能である。
 - 2.2) S Tイベント（上昇、下降）の自動検出が可能である。
 - 2.3) 解析時、R波検出レベルの変更が可能である。
 - 2.4) 心電図及びS Tの解析をチャンネルごとに分けて行える機能を有する。
 - 2.5) 心房細動及びS V T、V T（持続性・非持続性）等のイベントを自動検出する機能を持ち、各種イベントを容易に確認可能とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

- 2. 6) Q T (Q T 間 隔 ・ Q T デ ィ ス パ ー ジ ョ ン) 計 測 機 能 を 有 す る。
- 2. 7) C V H R 計 測 機 能 を 有 す る。
- 2. 8) 同 一 患 者 の 過 去 の 解 析 結 果 と 比 較 す る 機 能 を 有 す る。
- 2. 9) 寸 法 は, 150 mm × 400 mm × 350 mm 以 内 で あ る。
- 2. 10) PDF, CSV 形 式 で デ ー タ の 出 力 を 可 能 と す る。
- 3) 液 晶 デ ィ ス プ レ イ の 画 面 サ イ ズ は, 24 インチ以上である。
- 4) 本 製 品 は, 情 報 の 漏 え い 若 し く は 破 壊 又 は 機 能 の 不 正 な 停 止, 暴 走 そ の 他 の 障 害 等 の リ ス ク (未 発 見 の 意 図 せ ざ る 脆 弱 性 を 除 く。) が 潜 在 す る と 契 約 の 相 手 方 が 知 り, 又 は 知 り 得 べ き ソ ー ス コ ー ド, プ ロ グ ラ ム, 電 子 部 品, 機 器 等 の 埋 込 み 又 は 組 込 み そ の 他 官 側 の 意 図 せ ざ る 変 更 が 行 わ れ て い な い も の で な け れ ば な ら な い。

2. 2 製 品 の 表 示

製 品 の 表 示 は, 1 種 銘 板 と す る。

5. 1 提 出 書 類

類 別 原 資 料 の 提 出 は, 不 要 と す る。

5. 2 附 属 品

- a) プ リ ン タ 1 E A