

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕 様 書 の 種 類	内容による分類		役 務 仕 様 書
	性質による分類		個 別 仕 様 書
物 品 番 号	3 6 5 5 - 4 2 6 - 5 2 1 0 - 5		仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	高圧空気充填装置（F－2型用） 構成品の1年点検（検査隊保有分）		松基LPS－B36016
			承 認 令和6年 6月29日
			作 成 令和6年 6月23日
			改 正 令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊等名	第4航空団検査隊

1 総則

(1) 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊松島基地整備補給群検査隊において使用する高圧空気充填装置（F－2型用）構成品1年点検について適用する。

(2) 用語定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次による。

- ア 監督官 契約の適正な履行を確保するため契約担当官から任命された者
- イ 検査官 契約の要求事項に適合するか否かを確認し、合格又は不合格の判定を行うため、契約担当官から任命された者
- ウ 履行場所 契約相手方点検施設とし、構成品を部隊側で取外し松島基地で契約相手に渡すものとする。

(3) 関連文書

この仕様書に関連する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- ア 高圧ガス保安法（昭和26年6月 法律第204号）
- イ 一般高圧ガス保安規則（昭和41年5月 通商産業省令第53号）
- ウ 航空自衛隊技術指令書（平成12年9月 JTO 3Y1－501－1）

2 役務に関する要求

(1) 役務の内容

- ア 圧力計比較校正検査 : 1台
規格：AE15－233－15000psi（長野計器）

分類区分：E－10－124

保存期間：5年

保存期間満了時期：2029. 3. 31

作成年度：2023年度

枚 数：2枚

開示判断：開示

件名	高圧空気充填装置構成品の1年点検
----	------------------

- イ 安全弁作動検査 : 1台
規格: O 6 F 4 6 - L P (武井製作所) 設定圧力 8 8 0 0 p s i (6 1 . 4 M p a)
- ウ ガスプースター分解点検 : 4台
規格: B - P G - 6 6 6 6 6 A (ネツレンハイメック)
- エ 圧力検出器 A s s y の本体校正及びプログラムユニットとの校正
規格: A - A - 6 6 9 0 2 A (ネツレンハイメック)
- オ 温度検出器 A s s y とプログラムユニットとの校正
規格: A - A - 6 6 9 0 3 A (ネツレンハイメック)
- カ 点検記録の提出 : 1式
契約相手方は点検の結果を成績表(様式任意)として部隊側に提出すること。
成績表及び基準器成績表は写真を添付すること。

(2) 一般事項

- ア 本役務に関する全責任は、契約相手方が有する。
- イ 本役務に関する事項において調整が必要な場合には、監督官と調整するものとする。

(3) 部品、材料及び試験器材

作業に必要な部品、材料及び試験器材は、契約相手方が準備するものとする。

3 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官が定める監督検査事務処理要領による。

4 その他必要な事項

(1) 管理事項

契約相手方は、基地内において法令及び基地で定めた規則を遵守し行動しなければならない。以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官の指示に従わなければならない。

ア 契約相手方は、基地及び基地の施設への立ち入りに関し、規則に基づく所要の手続きを実施し、基地司令等の許可を受けるものとする。

イ 契約相手方は、基地内において役務履行に必要な場所以外への立ち入りは行わないほか、細部は監督官の指示に従うものとする。

ウ 契約相手方は、基地内で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。

(2) その他

ア 許可なく本仕様書の複製、関係者以外への貸し出しを厳禁とする。

イ 本役務履行中に発生した自然災害、事故による契約相手方の負傷及び器材等の破損については、官側は保証及び責任を一切負わないものとする。

ウ 契約相手方は、この仕様書に明示なき事項又は疑義を生じた場合には、その都度監督官と協議し、その指示を受けるものとする。

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕 様 書 の 種 類	内容による分類		役 務 仕 様 書
	性質による分類		個 別 仕 様 書
物 品 番 号	3 6 5 5 - 4 2 6 - 5 2 1 0 - 5		仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	高圧空気充填装置（F－2型用） 構成品の1年点検（21飛行隊保有分）		松基LPS－B36009
			承 認 令和6年6月29日
			作 成 令和6年6月23日
			改 正 令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊等名	第4航空団第21飛行隊

1 総則

（1）適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊松島基地飛行群第21飛行隊において使用する高圧空気充填装置（F－2型用）構成品1年点検について適用する。

（2）用語定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次による。

- ア 監督官 契約の適正な履行を確保するため契約担当官から任命された者
- イ 検査官 契約の要求事項に適合するか否かを確認し、合格又は不合格の判定を行うため、契約担当官から任命された者
- ウ 履行場所 契約相手方点検施設とし、構成品を部隊側で取外し松島基地で契約相手に渡すものとする。

（3）関連文書

この仕様書に関連する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- ア 高圧ガス保安法（昭和26年6月 法律第204号）
- イ 一般高圧ガス保安規則（昭和41年5月 通商産業省令第53号）
- ウ 航空自衛隊技術指令書（平成12年9月 JTO 3Y1－501－1）

2 役務に関する要求

（1）役務の内容

- ア 圧力計比較校正検査 : 1台
規格：AE15－233－15000psi（長野計器）

分類区分：E－10－124

保存期間：5年

保存期間満了時期：2029. 3. 31

作成年度：2023年度

枚 数：2枚

開示判断：開示

件名	高圧空気充填装置構成品の1年点検
----	------------------

- イ 安全弁作動検査 : 1 台
規格: 06F45-CP (武井製作所) 設定圧力 8800 psi (61.4 Mpa)
- ウ ガスブースター分解点検 : 4 台
規格: B-PG-66666A (ネツレンハイメック)
- エ 圧力検出器 A s s y の本体校正及びプログラムユニットとの校正
規格: A-A-66902A (ネツレンハイメック)
- オ 温度検出器 A s s y とプログラムユニットとの校正
規格: A-A-66903A (ネツレンハイメック)
- カ 点検記録の提出 : 1 式
契約相手方は点検の結果を成績表 (様式任意) として部隊側に提出すること。
成績表及び基準器成績表は写真を添付すること。
- (2) 一般事項
 - ア 本役務に関する全責任は、契約相手方が有する。
 - イ 本役務に関する事項において調整が必要な場合には、監督官と調整するものとする。
- (3) 部品、材料及び試験器材
作業に必要な部品、材料及び試験器材は、契約相手方が準備するものとする。
- 3 監督・検査
監督及び検査は、契約担当官が定める監督検査事務処理要領による。
- 4 その他必要な事項
 - (1) 管理事項
 - 契約相手方は、基地内において法令及び基地で定めた規則を遵守し行動しなければならない。以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官の指示に従わなければならない。
 - ア 契約相手方は、基地及び基地の施設への立ち入りに関し、規則に基づく所要の手続きを実施し、基地司令等の許可を受けるものとする。
 - イ 契約相手方は、基地内において役務履行に必要な場所以外への立ち入りは行わないほか、細部は監督官の指示に従うものとする。
 - ウ 契約相手方は、基地内で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。
 - (2) その他
 - ア 許可なく本仕様書の複製、関係者以外への貸し出しを厳禁とする。
 - イ 本役務履行中に発生した自然災害、事故による契約相手方の負傷及び器材等の破損については、官側は保証及び責任を一切負わないものとする。
 - ウ 契約相手方は、この仕様書に明示なき事項又は疑義を生じた場合には、その都度監督官と協議し、その指示を受けるものとする。