

自衛隊中央病院仕様書

物品番号	651529145895	調達要求番号	614D1A50099
		仕様書番号	CH-EB-5092
品名	加温ハイフロー輸液ホ°ンフ° 修理	作製年月日	令和8年6月29日
		作製部課等	衛生資材課
		作成者	宮崎技官

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は自衛隊中央病院で使用する衛生器材、
「加温ハイフロー輸液ホ°ンフ°」の修理について適用する。

1.2 製品名、規格及び型式等

製品名	急速輸血・輸液加温システム
規格・(銘柄)	レベル1システム1000 (ICUメディカル)
供用先(取扱主任)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外来(救急室) ・ 手術室
S/N	<ul style="list-style-type: none"> ・ 44005348 ・ 44005349

2. 修理内容

2.1 修理部位

部品表に示す部品を交換すること。

2.2 調整

調整は入念に行い、本装置の性能を十分発揮するものとする。

2.3 使用部品

使用部品は部品表に示す。

交換部品表

部品名	規格又は品番	数量
圧力計	7204029	2
一方弁	62-27-001	2
プレッシャーレリーフバルブ	6224004	2

3. 検査

検査官、業者、取扱者立会いの上実施する。

4 その他

- 4.1 本装置の修理点検に関しては修理業を有し、専門の技術を持った技術者が行うこと。
- 4.2 点検修理の保証は3ヶ月間とする。
- 4.3 発生材は、業者が適正に処理すること。
- 4.4 この仕様書で不明な点は係官の指示を受けるものとする。