

自衛隊中央病院仕様書

物品番号	GM711193744	調達要求番号	414D1A50048
		仕様書番号	CH-EB-5051
品名	電解質分析装置修理	作製年月日	令和6年4月11日
		作製部課等	衛生資材課
		作成者	宮崎技官

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は自衛隊中央病院で使用する衛生器材、

「電解質分析装置」の修理について適用する。

1.2 製品名、規格及び型式等

製品名	電解質分析装置
規格・(銘柄)	EX-D (常光)
供用先(取扱主任)	臨床検査課
S/N	1257608376

2. 修理内容

2.1 修理部位

部品表に示す部品を交換すること。

2.2 調整

調整は入念に行い、本装置の性能を十分発揮するものとする。

2.3 使用部品

使用部品は部品表に示す。

交換部品表

部品名	規格又は品番	数量
EX-Z/D用Na電極	J11002	1
EX-Z/D用K電極	J11003	1
EX-Z/D用Cl電極	J11004	1
EX-Z/D用ベースモジュール電極	J11005	1
EX-Z/D用排気ファン	EX-Z/D用	1
廃液チューブ	EX-Z/D用	1

3. 検査

検査官、業者、取扱者立会いの上実施する。

4 その他

4.1 本装置の修理点検に関しては修理業を有し、専門の技術を持った技術者が行うこと。

4.2 点検修理の保証は3ヶ月間とする。

4.3 発生材は、業者が適正に処理すること。

4.4 この仕様書で不明な点は係官の指示を受けるものとする。